

Emergencias con el catéter intravenoso (IV)

Usted tiene puesto un catéter IV, llamado "catéter de Groshong de un solo lumen" que provee una vía intravenosa para su medicación. Proteja su catéter con una gasa y sujete el tubo con cinta para prevenir que sea jalado, cortado o roto.

¡Si la línea de su vía intravenosa (IV) se sale, se corta o se rompe, no entre en pánico! Puede que usted se sienta incómodo, pero estará bien hasta que le pongan una nueva línea.

Llame al 911

- Si se cortó o se rompió el catéter, doble el extremo del catéter y péguelo a su piel.
- Si se salió el catéter, ponga una gasa por encima del sitio de donde se salió y mantenga presión sobre este sitio.

Proteja el extremo del tubo de su bomba CADD poniendo una aguja en el extremo del tubo o envolviéndolo en una gasa estéril hasta que lo reemplace colocando otra vía IV.

Pida que el personal del EMS (Servicios de Emergencias Médicas) le ponga una línea IV periférica (línea en su mano o brazo).

Obtenga más información sobre sus cuidados de salud.

Después de que le pongan la línea periférica, usted tendrá que conectar el tubo de su bomba CADD a su nueva línea IV. Después, el EMS puede llevarle a su hospital local.

No se recomienda que regrese a su casa con la línea IV periférica puesta por ningún periodo de tiempo, porque **no es segura**. La línea IV en su mano se puede coagular fácilmente, porque el medicamento corre muy lentamente.

La colocación de un nuevo catéter de Groshong es un procedimiento “electivo” y usted tendrá que hacer una cita para ello. Si esta emergencia ocurre en la noche o durante el fin de semana, puede que no sea posible obtener un nuevo catéter de Groshong hasta el siguiente día de trabajo.

Es posible que le pongan otro tipo de línea IV, como:

- PICC (sigla inglesa de sonda o catéter central periféricamente insertado), o una
- CVC (sigla inglesa de sonda o catéter venoso central)

para que usted pueda regresar sin peligro a casa hasta que le pueden poner otro "catéter de Groshong".

Debido a que estas líneas IV son muy largas, hay que preparar el tubo con el medicamento o usted no recibirá nada del medicamento por más o menos una hora. Siga las instrucciones para preparar la línea.

Preparación de la línea

Prepare su bomba tal y como lo haría para asegurar que el fluido llegue al final del tubo. Excepto en este caso, usted estará conectado a la nueva IV. Al realizar el proceso de preparación, usted forzará el medicamento a través de la nueva línea IV para que llegue a su torrente sanguíneo.

1. Conecte el tubo de su bomba CADD a la nueva línea PICC o CVC.*
2. Mantenga presionada la tecla de preparación hasta que aparezcan tres guiones o líneas (---) en la pantalla.
3. Entonces, suéltela y manténgala presionada nuevamente hasta que se acabe el ciclo. Usted escuchará nueve "clics" (chasquidos).
4. Entonces, encienda la bomba a la velocidad actual de la bomba.

- * Si está usando un tubo nuevo de su bomba CADD, necesitará preparar la línea para sacar el aire del tubo antes de que lo conecte con la línea PICC o CVC.

- Hable con su médico u otras personas de su equipo de cuidados de salud si tiene preguntas. Puede solicitar más información por escrito de la Biblioteca de Información de Salud, llamando al (614) 293-3707 o por correo electrónico a: health-info@osu.edu.